Код каталога ЕИС	Наименование товара	Количество, единица измерения	Описание товара	Обоснование необходимости дополнительной информации
КТРУ 32.50.50.190-00000626	Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов	___ шт.	Устройство в виде холодильника, с питанием от сети переменного тока, специально разработанное для обеспечения безопасного хранения наркотических или психотропных веществ при определенной температуре. Оно может иметь двойные стены, замки, укрепляющие стержни и другие решения по обеспечению безопасности и предотвращению несанкционированного доступа. Сейф имеет функцию поддержания теплового режима, необходимого для хранения наркотических и/или психотропных веществ, с обеспечением контроля температуры.	Позиция перечня КТРУ подлежит обязательному применению с 28 мая 2021 года
Дополнительная информация к описанию товара по КТРУ 32.50.50.190-00000626				
Наименование параметра		Единица измерения	Требования к эксплуатационным параметрам изделия	Обоснование необходимости дополнительной информации

Сейф-термостат	Тип	Изделие медицинское для хранения жидких и иных форм наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров	Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2022 г. N 809; Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 29 сентября 2021 года № РЗН 2014/211 Приказ Минздрава России (МЗ) от 06.06.2012 № 4н
Потенциальный риск применения изделия	Класс	2а	
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности, ОКПД 2	Код	32.50.50.190	
Каталог товаров, работ и услуг, КТРУ	Код	32.50.50.190 -00000626	Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145
Вид медицинского изделия	Код	335210	Приказ МЗ РФ от 28.12.2020 г. №1379н; Приказ МЗ РФ от 14.04.2025 г. №213н; Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 № 4н. Уникальный номер 56809 реестровой записи Росздравнадзора
Напряжение электропитания изделия	В	220 ±10%	Уточнение параметров сети переменного тока для электропитания сейфа-термостата. В описании товара по КТРУ ЕИС сведения отсутствуют
Частота сети электропитания изделия	Гц	50	
Потребляемая мощность изделием	Вт	343±10%	
Устойчивость к взлому сейфа-термостата медицинского	Кл.	3	Уточнение конструктивных решений по обеспечению

Количество замков двери сейфа-термостата	Шт.	2	безопасности и предотвращению несанкционированного доступа в медицинское изделие, а также варианта пломбирования (ГОСТ 18679) двери (типа ушки) изделия для предотвращения скрытого несанкционированного доступа. ГОСТ 50862 и Постановлению Правительства (ПП) РФ от 30 апреля 2022 г. N 809. В описании товара по КТРУ ЕИС сведения отсутствуют
Количество ключей для каждого замка двери сейфа-термостата	Шт.	3	
Количество поверенных контроллеров в изделии для обеспечения тепловых режимов хранения	Шт.	2	
Количество термостатов в изделии	Шт.	2	
Количество запираемых секций в каждом термостате	Шт.	2	
Количество ключей для замка каждой секции 2-х термостатов	Шт.	2	
Количество съемных полок в рабочей камере одного термостата	Шт.	2	
Количество стационарных полок в рабочей камере термостата	Шт.	1	
Количество съемных полок в рабочих камерах 2-х термостатов	Шт.	4	
Количество стационарных полок в рабочих камерах 2-х термостатов	Шт.	2	
Емкость безопасного хранения наркотических лекарственных средств в одном термостате изделия при определенном значении температуры	Л	50	
Общая емкость безопасного хранения наркотических лекарственных средств в изделии при определенном значении температуры	Л	100	

Устройство для опечатывания	Тип	Ушки	
Обеспечение тепловых условий хранения при заданном значении температуры воздуха в рабочей камере медицинского изделия	Режим	Искусственное охлаждение	Уточнение способа и функции поддержания тепловых условий хранения, не допуская замораживания жидких форм наркотических препаратов в соответствии с требованиями ОФС.1.1.0010.18, утвержденной приказом Минздрава РФ от 21.02.20 г. №352. В описании товара по КТРУ ЕИС сведения отсутствуют
Источники искусственного охлаждения в термостате изделия	Тип	Термоэлектрические полупроводниковые модули	
Допустимые отклонения от заданного значения (уставка) температуры воздуха в рабочей камере изделия в интервале от +3,0 до +25,0°С, при «уставке», которая не должна превышать величины температуры воздуха окружающей изделие среды.	°С	± 1,0	
Дискретность изменения заданных значений температуры в термостате	°С	0,1	
Количество поверенных контроллеров в изделии для обеспечения тепловых режимов хранения и контроля заданных и действующих значений температуры в изделии	Шт.	2	Уточнение функции контроля установленного значения температуры и возможности организации мониторинга параметров тепловых условий хранения термолабильных наркотических препаратов и подключения к цепям аварийной сигнализации медицинского учреждения, с целью обеспечения безопасности и предотвращения несанкционированного доступа, в соответствии с требованиями ПП
Выход изделия в стандартную информационную сеть Пользователя для контроля и регистрации параметров тепловых режимов хранения в сейфе-термостате	Тип	IEA RS-485	
Разъем для подключения сейфа-термостата к сети IEA RS-485 и к цепям автономной сигнализации Пользователя об аварийных событиях:	Тип	RJ45	

- открывание двери сейфа; - отключение сети переменного тока с напряжением 220 вольт; - обрыв кабеля связи.			от 30 апреля 2022 г. N 809, а также приказов Минздрава РФ от 29.04.25г. №260н и от 26 ноября 2021 года N 1103н. В описании товара по КТРУ ЕИС сведения отсутствуют.
Аварийная сигнализация срабатывает при отключении сети электропитания 220 вольт	Тип	Звуковая	В соответствии с требованиями технических условий на данное изделие. В описании товара по КТРУ ЕИС сведения отсутствуют
Аварийная сигнализация открытой, более 18 сек., двери рабочей камеры изделия	Тип	Звуковая	
Категория климатического исполнения сейфа-термостата по ГОСТ 15150	Категория	4.1	Уточнение климатического исполнения изделия по ГОСТ 15150 или О4.1 по ГОСТ Р 20790, в соответствии с требованиями технических условий на данное изделие и его эксплуатационных характеристик, необходимых для размещения в помещении определенной категории, в соответствии с требованиями ПП от 30 апреля 2022 г. N 809. В описании товара по КТРУ ЕИС сведения отсутствуют
Габаритные размеры сейфа-термостата (В х Ш х Г)	мм	Не более 1500 х 850 х 560	
Масса сейфа-термостата	Кг	343	

Общий вид изделия	Фото		В описании товара по КТРУ ЕИС сведения отсутствуют.